MCS Sp. z o.o.
Mazowieckie Centrum Stomatologii

ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa
centrala: 22/ 55 69 300
sekretariat: 22/ 55 69 400
fax: 22/ 55 69 403

e-mail: kontakt@mcs-przychodnia.pl

MCS/ ZP /2211-298/ 2017

Warszawa, dn. 2 czerwca 2017

Dot. zaproszenia do złożenia oferty na dostawę środków dezynfekujących, myjących i konserwujących do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii" Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie. (nr sprawy: ZZ/07/17).

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1.

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w Części 1 poz. 1
Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych; - płynny w koncentracie; - możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych, zawierający substancję czynną: czwartorzędowe związki amoniowe oraz aminy, - nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających; - nie wymagający stosowania aktywatora; Produkt wykazuje właściwości antykorozyjne (zawiera inhibitor korozji)i wysoką tolerancję materiałową. Jest zalecany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzywa sztucznego potwierdzoną opinią producenta preparatu; - spektrum działania: B, F (Candida albicans), Tbc – (M.Terrae, M. Avium), V (BVDV, Vaccinia, HBV, HIV, HCV, Adeno) w czasie do 15 min., w stężeniu 0,5%; - możliwość używania nieskażonego roztworu roboczego do 14 dni potwierdzone oświadczeniem producenta; - opakowanie 5L (z pompką dozującą); wyrób medyczny kl. II b?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na niezgodność oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego. Zaproponowany roztwór roboczy do 14 dni, nie może być stosowany przy obciążeniu białkowym.

Pytanie 2.

2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w Części 1 poz. 2
Preparat do dezynfekcji i czyszczenia wierteł stomatologicznych i precyzyjnych narzędzi obrotowych: - gotowy do użycia; - na bazie alkoholi lub czwartorzędowych związków amoniowych; - bez zawartości aldehydów; po określonym czasie działania narzędzia wyjąć z wanienki lub myjki, wypłukać w wodzie i osuszyć, - ochrona przed korozją; - spektrum działania: B, Tbc (M.Terrae, M. avium), F (Candida albicans), V (HBV, HIV, HCV, HDV, BVDV, Adeno, Vaccinia, Polio); - czas działania do 15 minut; - możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych; - nie wymagający stosowania aktywatora; - . Zawiera inhibitor korozji, dzięki czemu idealnie chroni instrumenty ze stali i stopów metali, może być stosowany do narzędzi aluminiowych potwierdzone opinią producenta preparatu, opakowanie 1L wyrób medyczny oznakowany kl. II b?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, ze względu na niezgodność oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego. Zaproponowany produkt wymaga spłukiwania wodą i osuszania narzędzi obrotowych po procesie dezynfekcji.

Pytanie 3.

3. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w Części 1 poz. 1 preparat nie spełniający wyszczególnionego w SIWZ czasu 15 minut w stężeniu 0,5%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych zgodny ze specyfikacją opisu produktu Załącznik nr 1 do zaproszenia.

Pytanie 4.

4. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w Części 1 poz. 2 preparat nie spełniający wyszczególnionego w SIWZ czasu działania do 15 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt do dezynfekcji i czyszczenia wierteł stomatologicznych i precyzyjnych narzędzi obrotowych zgodny ze specyfikacją opisu produktu Załącznik nr 1 do zaproszenia.

Pytanie 5.

5. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w Części 3 poz. 1 Chusteczki bezalkoholowe, z włókniny wiskozowej, do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi: - wymiary: 13x20cm; - na bazie czwartorzędowych związków amoniowych; - gotowe do użycia; - spektrum działania: B, MRSA, F (Candida albicans), V, HBV,HCV,HIV, Vaccina, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex , Ebola; - czas działania do 1 min., Tbc (M.terrae) do 10 min.; - wykazujący kompatybilność materiałową z najbardziej delikatnymi materiałami typu inkubatory, głowice USG, lampy, do różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany potwierdzone opinią producenta preparatu - opakowanie 100 szt. w pojemniku lub tubie z zamknięciem hermetycznym; - wyrób medyczny kl. II a?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na zbyt mały rozmiar chusteczek.

Pytanie 6.

6. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w Części 3 poz. 2 Chusteczki bezalkoholowe, z włókniny wiskozowej, do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi: - wymiary: 13x20cm; - na bazie czwartorzędowych związków amoniowych; - gotowe do użycia; - spektrum działania: B, MRSA, F (Candida albicans), V, HBV,HCV,HIV, Vaccina, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex , Ebola; - czas działania do 1 min., Tbc (M.terrae) do 10 min.; - wykazujący kompatybilność materiałową z najbardziej delikatnymi materiałami typu inkubatory, głowice USG, lampy, do różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany potwierdzone opinią producenta preparatu - opakowanie 100szt.; - wyrób medyczny oznakowany kl. II a; - wkład uzupełniający do poz. 1

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na zbyt mały rozmiar chusteczek.

Pytanie 7.

Część 2 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie alkoholowego preparat u do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierającego substancje pielęgnujące (innowacyjna formuła substancji pielęgnujących (dexpanthenol+ ethylhexyglicerol), o następującym składzie: 100 g oferowanego preparatu zawiera: substancje czynne -75 g propan-2-ol, nie zawiera substancji

barwiących oraz zapachowych, testowany dermatologicznie. Spektrum: B, Tbc (M.Terrae + M.Avium), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro,)- 30 s, Adeno – 2 minuty, higieniczna dezynfekcja - 30 s., chirurgiczna dezynfekcja rąk - 90 s. Opakowanie 1L, produkt biobójczy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza preparat o zaproponowanym składzie, spełniający pozostałe wymagania.

Pytanie 8.

Część 3 pozycja 1 i 2 – Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający wymaga zaoferowania chusteczek w rozmiarze 20 x 20 cm?

Odpowiedź:

W związku z pytaniem nr 8 Zamawiający, z uwagi na umożliwienie złożenia ofert jak największej liczbie wykonawców, modyfikuje opis produktu Część 3 pozycja 1 i 2 zmieniając wymiar chusteczek j.n.:

Było: 20x20 cm

Jest: 20 cm (+/- 2 cm) x 20 cm (+/- 2 cm)

W związku z otrzymanymi pytaniami, Zamawiający zmienia termin nadsyłania ofert na dzień: **06.06.2017 r.**

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Gadlus

CZŁONEK ZARZĄDU
Kacper Pietrusiński