

## Opis przedmiotu zamówienia

### WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO KONSERWACJI I NAPRAW:

Lp.	NAZWA	PRODUCENT / DOSTAWCA	MODEL	NR INWENTARZOWY	NUMER SERYJNY	WYKAZ PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI W RAMACH KONSERWACJI
1	APARAT EKG	BTL	08-ECG LT	T/8-802-000667/2016	183	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku wykonanie kalibracji urządzenia; - raz w roku kontrola ogólnego stanu urządzenia;
2	DEFIBRYLATOR	S&W	CARDIO - AID	0011323/L	9309003	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku kontrola ogólnego stanu urządzenia;
3	DEFIBRYLATOR	ZOLL	M-SERIES	T/8-802-000666/2016	TO5L76084	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku kontrola ogólnego stanu urządzenia;
4	KARDIOMONITOR	S & W	DIASCOPE 2	0011432/L	10605359	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku kontrola ogólnego stanu urządzenia;
5	KARDIOMONITOR	EMTEL	FX 2000P	0011431/L	825	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku kontrola ogólnego stanu urządzenia;
6	REDUKTOR TLENOWY		DO BUTLI	brak	A1200601	- raz w roku sprawdzenie sprawności i szczelności

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, przeglądy okresowe oraz naprawy sprzętu medycznego w celu zapewnienia ciągłej i niezawodnej pracy urządzeń stomatologicznych wymienionych w wykazie powyżej.
2. Zakres okresowego przeglądu urządzenia winien zawierać ogólne oględziny sprzętu stomatologicznego, czynności konserwacyjne, w tym regulacja i smarowanie elementów współpracujących, wymianę wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych oraz przeprowadzenie odpowiednich testów, według dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi i instrukcji serwisowej urządzenia stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Podstawowy zakres czynności dla poszczególnych urządzeń został opisany w powyższym wykazie.
3. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Oferenta wizji stanu technicznego urządzeń poddawanych przeglądom w siedzibie Zamawiającego, w celu złożenia prawidłowej oferty.
4. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia Wykonawca. Zużyte i wymienione materiały eksploatacyjne i części Wykonawca pozostawiać będzie u Zamawiającego.
5. Wszelkie usługi objęte niniejszą umową muszą być realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania, przeszkolone w zakresie przeglądów urządzeń.
6. Czynności przeglądowe wykonywane będą przy użyciu narzędzi i aparatury będącej własnością Wykonawcy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do:
  - 1) dokonania właściwego wpisu do Paszportu Technicznego / Karty Przeglądów dla danego urządzenia;
  - 2) wpisania wykonania prac oraz wymienionych części i materiałów eksploatacyjnych w karcie pracy / raporcie serwisowym / protokole wykonania usługi lub innym równoważnym;
  - 3) wystawienia świadectwa / certyfikatu sprawności urządzenia z określeniem terminu następnego przeglądu;
  - 4) umieszczenia na aparacie w widocznym miejscu naklejki, informującej o terminie następnego przeglądu.
8. Wykonawca oraz osoba upoważniona od strony Zamawiającego zobowiązani są do potwierdzenia wykonania usługi przez złożenie podpisu w karcie pracy / raporcie serwisowym / protokole wykonania usługi lub innym równoważnym dokumencie. Dokument powinien zawierać zapis, że aparat jest sprawny i dopuszczony do dalszego użytkowania.
9. Potwierdzony przez obie strony dokument: karta pracy / raport serwisowy / protokół wykonania usługi lub inny równoważny, jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
10. W przypadku negatywnego wyniku przeglądu (czego nie można było przewidzieć), Wykonawca zobowiązany jest do dokonania w paszporcie technicznym aparatu wpisu, wskazującego że urządzenie nie jest sprawne z podaniem przyczyny niesprawności.
11. Warunki wykonania ewentualnej naprawy, koniecznej dla uzyskania sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzenia poddanego przeglądowi lub wymiany części wykraczających poza standardowy przegląd, będą regulowane niezależnymi zleceniami.
12. Konieczność przeprowadzenia naprawy lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym z podaniem przewidywanych kosztów w protokole awarii. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.
13. Każdorazowo po wykonanej naprawie, Wykonawca jest zobowiązany dokonać prób eksploatacyjnych potwierdzających prawidłowe działanie urządzenia w obecności osoby upoważnionej.
14. W przypadku konieczności demontażu, montażu urządzenia, wydania orzeczenia technicznego lub wyceny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. czynności w ramach umowy i uzgodnionych cen za roboczogodziny.

---

*Data i czytelny podpis lub podpis z pieczętą imienną  
osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)  
do reprezentowania Wykonawcy*