

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 3. -STAŁA KONSERWACJA I
NAPRAWA CYFROWEGO APARATU PANTOMOGRAFICZNEGO**

NAZWA	PRODUCENT	TYP	ROK ZAKUPU / PRODUKCJI	STAWKA VAT	CENA BRUTTO PLN
CYFROWY APARAT PANTOMOGRAFICZNY	CARESTREAM	APARAT: CS 9000C LAMPY RTG: OPX105	2013		

Czynności związane z przeglądem aparatu:

Raz w roku:

- 1) Kontrola stabilności zamocowania aparatu;
- 2) Kontrola działania przycisków konsoli sterującej aparatu;
- 3) Kontrola działania diod sygnalizacyjnych na konsoli aparatu;
- 4) Kontrola konserwacja silników przesuwu w osi X i Y;
- 5) Sprawdzenie i konserwacja mechanizmów i łożysk kolumny;
- 6) Sprawdzenie generatora pod kątem wycieku oleju;
- 7) Sprawdzenie i kalibracja linii laserowych;
- 8) Kontrola stabilności mocowania i kalibracji przystawki cefalo;
- 9) Test kolimatorów;
- 10) Kontrola czytelności tabliczek znamionowych aparatu;
- 11) Kontrola geometrii zdjęć pantomograficznych – test kulkowy;
- 12) Kontrola rozdzielczości obrazu w przystawce cefalometrycznej;
- 13) Kontrola środka rotacji głowicy aparatu;
- 14) Kontrola jakości obrazów:
 - a. 2D – pantomograficzne
 - b. cefalometryczne

.....
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną Wykonawcy