

Ogłoszenie nr 520793-N-2019 z dnia 2019-03-04 r.

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.: Świadczenie usług konserwacji i napraw w
Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14204948200000, ul. ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 55 69 400, e-mail k.rackowska@mcs-przychodnia.pl, faks 22 55 69 403.

Adres strony internetowej (URL): <http://www.mcs-przychodnia.pl>

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

Podmiot leczniczy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.mcs-przychodnia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

drogą pocztową, osobiście lub przy pomocy kuriera

Adres:

Mazowieckie Centrum Stomatologii Spółka z o.o., ul. Nowy Zjazd 1, 00 - 301 Warszawa, w Sekretariat (III piętro, pokój nr 321)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług konserwacji i napraw w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

Numer referencyjny: ZP/03/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1: WYKAZ SPRZĘTU DO KONSERWACJI I NAPRAW, MINIMALNY ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU: 1. Aparat rentgenowski do zdjęć zębowych w wersji jezdnej Planmeca Intra 2005 2. Aparat rentgenowski do zdjęć zębowych w wersji jezdnej Planmeca Intra 2003 3. Aparat rentgenowski do zdjęć zębowych w wersji ściennej Planmeca Intra 2008 4. Aparat rentgenowski do zdjęć zębowych w wersji ściennej Planmeca Intra 2008 5 Aparat rentgenowski do zdjęć zębowych PLANMECA 2016 6. Aparat do zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych Promax X-ray 2003 7 TOMOGRAF CYFROWYTOMOGRAF QR Srl/NEWTOM VGi 2010 1. Stała konserwacja aparatów rentgenowskich obejmuje przegląd roczny. Przegląd powinien być zgodny z zaleceniami podawanymi przez producentów poszczególnych urządzeń. 2. Wszelkie drobne naprawy i czynności konserwacyjne wykonywane będą w ramach stałej konserwacji, w tym koszt materiałów eksploatacyjnych pokrywa Wykonawca. 3. Każdorazowo po dokonaniu przeglądu lub naprawy aparatów należy wystawić protokół przeglądu lub awarii z

wyszczególnieniem zakresu wykonanej usługi oraz dokonać odpowiedniego wpisu do paszportu urządzenia. 4. Raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego: - pomiar wytrzymałości napięciowej; - pomiar rezystancji izolacji; - pomiar ciągłości uziemienia; -

pomiar prądu upływu Część 2 - WYKAZ SPRZĘTU DO KONSERWACJI I NAPRAW,
 MINIMALNY ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU: CYFROWY APARAT
 PANTOMOGRAFICZNY CARESTREAM APARAT: CS 9000C - szt. 1 LAMPA RTG:
 OPX105 2013 - szt. 1 Czynności związane z przeglądem aparatu: Raz w roku: 1) Kontrola
 stabilności zamocowania aparatu; 2) Kontrola działania przycisków konsoli sterującej
 aparatu; 3) Kontrola działania diod sygnalizacyjnych na konsoli aparatu; 4) Kontrola
 konserwacja silników przesuwu w osi X i Y; 5) Sprawdzenie i konserwacja mechanizmów i
 łożysk kolumny; 6) Sprawdzenie generatora pod kątem wycieku oleju; 7) Sprawdzenie i
 kalibracja linii laserowych; 8) Kontrola stabilności mocowania i kalibracji przystawki cefalo;
 9) Test kolimatorów; 10) Kontrola czytelności tabliczek znamionowych aparatu; 11) Kontrola
 geometrii zdjęć pantomograficznych – test kulkowy; 12) Kontrola rozdzielczości obrazu w
 przystawce cefalometrycznej; 13) Kontrola środka rotacji głowicy aparatu; 14) Kontrola
 jakości obrazów: a. 2D – pantomograficzne b. cefalometryczne Część 3 - WYKAZ
 SPRZĘTU DO KONSERWACJI I NAPRAW, MINIMALNY ZAKRES CZYNNOŚCI
 PRZEGLĄDU: 1. WYWOŁYWARKA DO FILMÓW RENTGENOWSKICH DÜRR
 DENTAL XR - 24 PRO Z REGENERATOREM 2008 - szt. 1 2. WYWOŁYWARKA DO
 FILMÓW RENTGENOWSKICH DÜRR DENTAL XR - 24 NOVA Z EGENERATOREM
 1997 - szt.1 1. Stała konserwacja ciemni polegająca na: Dwa razy w miesiącu: a) mycie
 wywoływarek; b) czyszczenie sekcji wywoływacza, utrwalacza i wody; c) czyszczenie
 zespołów transportu wywoływacza, utrwalacza i wody oraz elementów podawania filmów; d)
 czyszczenie obiegów wewnętrznych i zewnętrznych; e) wymiana odczynników, uzupełnienie
 regeneratorów; f) sprawdzeniu parametrów technicznych; g) kontrola sensytometryczna –
 densytometrycznej błon filmowych RTG Raz w roku: a) sprawdzenie światłoszczelności
 ciemni; b) wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego 2. Przegląd powinien być zgodny z
 zaleceniami podawanymi przez producentów poszczególnych urządzeń. 3. Wszelkie drobne
 naprawy i czynności konserwacyjne wykonywane będą w ramach stałej konserwacji, w tym
 koszt materiałów eksploatacyjnych pokrywa Wykonawca. 4. Przegląd urządzeń musi zostać
 potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. 5. W przypadku konieczności
 demontażu, montażu urządzenia, wydania orzeczenia technicznego lub wyceny Wykonawca
 zobowiązuje się do wykonania ww. czynności w ramach umowy i uzgodnionych cen za
 roboczo godzinę. Część 4 - WYKAZ SPRZĘTU DO KONSERWACJI I NAPRAW,
 MINIMALNY ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU: 1 Stacja uzdatniania wody 12 SUW
 1000 1 2 Myjnia ultradźwiękowa – po okresie gwarancji 157436 SONIC 33 1 3 Urządzenie
 do mycia ręcznego WorldChem - 959 GBD 1 4 Sterylizatory parowe 205224206231 DS 2000
 HR 6.6.6 DS 2000 HR 3.3.6 2 5 Myjnie-dezynfektor MIELE 00/74321128 743918655 G7824
 G7826 2 6 Zgrzewarki Hawo 416962 416963 hm 850 2 7 Dozownik środków
 dezynfekcyjnych - STREAMLINE 8551 GB 1 Czynności wykonywane przez serwis - raz na
 3 miesiące. 1) wykonanie badania jakości wody na zasilaniu stacji, po zmiękczeniu i po
 osmozie (pomiar zawartości żelaza, chloru, pH, twardości wody, przewodności elektrycznej
 wody). Czynności wykonywane przez serwis - raz na 6 miesięcy. FILTR WSTĘPNEGO
 UZDATNIANIA 1) sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych; 2) wymiana filtra
 wstępnego; 3) wymiana filtra węglowego; 4) kontrola i ewentualna korekta nastawy
 sterownika głowicy zmięczacza; 5) czyszczenie układu zasilania zbiornika solanki; 6)
 sprawdzenie szczelności połączeń węży zasilających, ewentualnie ich wymiana w
 mieszalniku płynów dezynfekcyjnych; 7) sprawdzenie działania i szczelności zaworu
 zasilającego; 8) płukanie systemu dozowania; 9) sprawdzenie dozowania środka
 dezynfekcyjnego; 10) wykonanie testu działania urządzenia. OSMOZER 1) sprawdzenie
 szczelności połączeń hydraulicznych; 2) sprawdzenie układów zabezpieczających i
 sterujących pracą osmozera; 3) kontrola i ewentualna korekta parametrów pracy; 4) kontrola i
 ewentualna wymiana wkładu filtra świecowego; 5) kontrola działania lampy uv (wymiana

palnika lampy co 8000h); 6) wykonanie badania przewodności elektrycznej wody; 7) czyszczenie zaworu elektromagnetycznego. HYDROFOR 1) sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych; 2) sprawdzenie układów zabezpieczających i sterujących pracą hydroforu; 3) wykonanie badania jakości wody w jednym z punktów poboru wody w instalacji; 4) kontrola ciśnienia w poduszce powietrznej. ZBIORNIK WODY OCZYSZCZONEJ 1) sprawdzenie układu sterowania poziomem wody w zbiorniku; 2) kontrola i ewentualna wymiana wkładu filtra powietrza. MYJNIA ULTRADŹWIEKOWA POLSONIC 33 (po zakończeniu GWARANCJI – 07.06.2020 r.) Czynności wykonywane przez serwis - raz na 6 miesięcy. 1) sprawdzenie działania zaworu spustowego. 2) sprawdzenie działania czujnika poziomu wody. 3) sprawdzenie działania przetworników ultradźwiękowych. 4) sprawdzenie działania grzałek ewentualnie ich wymiana. 5) sprawdzenie poprawności działania myjni ultradźwiękowej w całym zakresie temperatur (pomiar temperatury kąpielni myjącej). URZĄDZENIE DO MYCIA RĘCZNEGO WRAZ Z DOZOWANIEM ŚRODKÓW CHEMICZNYCH WORLDCEM 959 GBD Czynności wykonywane przez serwis - raz na 6 miesięcy. 1) sprawdzenie szczelności połączeń węża zasilającego, ewentualnie wymiana; 2) sprawdzenie działania i szczelności zaworu zasilającego; 3) sprawdzenie działania przełącznika rodzaju pracy urządzenia; 4) czyszczenie lanc i zaworów zwrotnych, ewentualnie wymiana; 5) płukanie systemu dozowania; 6) sprawdzenie dozowania środka dezynfekcyjnego i piany aktywnej; 7) wykonanie testu działania urządzenia. STERYLIZATOR PAROWE DS 2000 HR 6.6.6 oraz DS 2000 HR 3.3.6 Czynności wykonywane przez serwis - raz na 3 miesiące lub w razie potrzeby 1 raz w miesiącu. 1) wymiana wody w wytwornicy pary; 2) sprawdzenie działania zaworu bezpieczeństwa w wytwornicy pary; 3) sprawdzenie poprawności działania czujników ultradźwiękowych poziomu wody w wytwornicy pary; 4) czyszczenie sita spustu komory; 5) kontrola wyłączników i listw bezpieczeństwa; 6) sprawdzenie połączeń elektrycznych i kontrola styków styczników elektrycznych; 7) sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych 8) kontrola i czyszczenie filtra siatkowego w instalacji pary i wody; 9) sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych urządzenia 10) czyszczenie i smarowanie uszczelek drzwiowych; 11) kontrola drzwi, ewentualnie ich regulacja. Czynności wykonywane przez serwis - raz na 6 miesięcy. 1) czyszczenie filtra powietrza; 2) sprawdzenie systemu bezpieczeństwa urządzenia (obwody elektryczne, instalacja pneumatyczna - regulatory ciśnienia, manometry); 3) sprawdzenie systemu zasilania parą (zawory sterowane pneumatycznie, zawór kulowy oraz manometry); 4) czyszczenie odwadniacza, wymiana uszczelki. Czynności wykonywane przez serwis - raz na 12 miesięcy. 1) sprawdzenie szkła w wytwornicy pary; 2) wymiana filtra powietrza; 3) wymiana uszczelek drzwi i smarowanie; 4) czyszczenie pompy próżniowej; 5) czyszczenie zbiorników zasilających w wodę pompę próżniową i pompę doładowującą wytwornicę pary. MYJNIA – DEZYNFEKTOR MIELE G 7824 oraz 7826 Czynności wykonywane przez serwis - raz na 3 miesiące lub w razie potrzeby 1 raz w miesiącu. 1) czyszczenie filtrów w komorze mycia. 2) czyszczenie filtrów na zasilaniu wodą zimną, ciepłą i demineralizowaną. 3) kontrola uszczelnienia komory mycia – w razie konieczności wymiana uszczelki drzwi 4) płukanie układu dozowania środków chemicznych i kalibracja, a w razie konieczności wymiana zespołu tłoczącego pompy dozującej 5) Kontrola i czyszczenie ramion natryskowych myjni i w wózkach wsadowych, w razie konieczności wymiana łożysk ramion natryskowych; 6) czyszczenie zaworu zwrotnego agregatu suszącego, w razie konieczności wymiana uszczelki zaworu; 7) kontrola kondensatora oparów; 8) sprawdzenie szczelności układu suszenia; 9) sprawdzenie szczelności pomp obiegowych; 10) sprawdzenie układu wentylacji myjni; 11) kontrola stanu opasek zaciskowych na wszystkich węzłach gumowych; 12) sprawdzenie połączeń elektrycznych i kontrola styków styczników elektrycznych; 13) kontrola mechaniki drzwi i zamknięcia; 14) kontrola poprawności działania programów, przebieg próbny programu; 15) wymiana filtra zgrubnego (co 200 godzin pracy). 16)

wymiana filtra dokładnego (co 500 godzin pracy). ZGRZEWARKA HAWO HM 850 Czynności wykonywane przez serwis - co 6 miesięcy. 1) czyszczenie wnętrza zgrzewarki; 2) kontrola taśm teflonowych przewodnic pasków transportowych, ew. wymiana 3) kontrola taśm teflonowych grzałek; 4) kontrola rolki dociskowej; 5) kontrola poprawności działania drukarki, w razie konieczności wymiana kasety barwiącej; 6) kontrola zużycia pasków transportowych; 7) kontrola napędu zgrzewarki; 8) sprawdzenie połączeń elektrycznych; 9) kalibracja temperatury i docisku rolki dociskowej; 10) przeprowadzenie testu poprawności zgrzewu - Hawo Test. Czynności wykonywane przez serwis - co 12 miesięcy. 1) czyszczenie wnętrza zgrzewarki; 2) wymiana taśm teflonowych przewodnic pasków transportowych; 3) wymiana taśm teflonowych grzałek; 4) wymiana rolki dociskowej i kalibracja docisku rolki; 5) kontrola poprawności działania drukarki, w razie konieczności wymiana kasety barwiącej; 6) wymiana pasków transportowych; 7) kontrola napędu zgrzewarki, smarowanie przekładni silnika; 8) sprawdzenie połączeń elektrycznych; 9) kalibracja temperatury; 10) przeprowadzenie testu poprawności zgrzewu - Hawo Test. DOZOWNIK ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH STREAMLINE 8551 GB Czynności wykonywane przez serwis - raz na 6 miesięcy. 1) sprawdzenie szczelności połączeń węża zasilającego, ewentualnie wymiana; 2) sprawdzenie działania i szczelności zaworu zasilającego; 3) sprawdzenie działania przełącznika rodzaju pracy urządzenia; 4) czyszczenie lanc i zaworów zwrotnych, ewentualnie wymiana; 5) płukanie systemu dozowania; 6) sprawdzenie dozowania środka dezynfekcyjnego i piany aktywnej; 7) wykonanie testu działania urządzenia.

II.5) Główny kod CPV: 50000000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
50400000-9
50421200-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):*

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:**

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15; 3. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się zamówienia publiczne w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2) Wypełniony Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik 1 do SIWZ; 3) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu, 4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 5) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 4 6) Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena za usługi konserwacji	60,00
Cena za jedną roboczogodzinę naprawy poza konserwacyjnej	30,00
Okres gwarancji po naprawie	10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dotyczy części 4 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w następujących sytuacjach: 1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (w wyniku niektórych przekształceń, przejęć, itp.); 3) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT –cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny netto. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, o której nie było informacji w chwili składania ofert, Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od Umowy nie będzie skutkowało naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy; 4) zmiana terminu realizacji Umowy, wynikająca z przyczyn, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub zmiana która jest uzasadniona potrzebami Zamawiającego; 5) zmiany ilości urządzeń podlegających konserwacji i naprawie objętych

przedmiotem Umowy w wyniku zmniejszenia bądź zwiększenia ich ilości wynikających z zakresu działalności Zamawiającego. 6) zmiany w zakresie waloryzacji wynagrodzenia pracowników Wykonawcy określone szczegółowo w § 9. Dotyczy części 1- 3 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w następujących sytuacjach: 1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (w wyniku niektórych przekształceń, przejęć, itp.); 3) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT –cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny netto. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, o której nie było informacji w chwili składania ofert, Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od Umowy nie będzie skutkowało naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy; 4) zmiana terminu realizacji Umowy, wynikająca z przyczyn, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub zmiana która jest uzasadniona potrzebami Zamawiającego; 5) zmiany ilości urządzeń podlegających konserwacji i naprawie objętych przedmiotem Umowy w wyniku zmniejszenia bądź zwiększenia ich ilości wynikających z zakresu działalności Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-11, godzina: 12:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług konserwacji i napraw aparatów RTG.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Część 1: WYKAZ SPRZĘTU DO KONSERWACJI I NAPRAW, MINIMALNY ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU: 1. Aparat rentgenowski do zdjęć zębowych w wersji jezdnej Planmeca Intra 2005 2. Aparat rentgenowski do zdjęć zębowych w wersji jezdnej Planmeca Intra 2003 3. Aparat rentgenowski do zdjęć zębowych w wersji ściennej Planmeca Intra 2008 4. Aparat rentgenowski do zdjęć zębowych w wersji ściennej Planmeca Intra 2008 5 Aparat rentgenowski do zdjęć zębowych PLANMECA 2016 6. Aparat do zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych Promax X-ray 2003 7 TOMOGRAF

CYFROWYTOMOGRAF QR Srl/NEWTOM VGi 2010 1. Stała konserwacja aparatów rentgenowskich obejmuje przegląd roczny. Przegląd powinien być zgodny z zaleceniami podawanymi przez producentów poszczególnych urządzeń. 2. Wszelkie drobne naprawy i czynności konserwacyjne wykonywane będą w ramach stałej konserwacji, w tym koszt materiałów eksploatacyjnych pokrywa Wykonawca. 3. Każdorazowo po dokonaniu przeglądu lub naprawy aparatów należy wystawić protokół przeglądu lub awarii z wyszczególnieniem zakresu wykonanej usługi oraz dokonać odpowiedniego wpisu do paszportu urządzenia. 4. Raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego: - pomiar wytrzymałości napięciowej; - pomiar rezystancji izolacji; - pomiar ciągłości uziemienia; - pomiar prądu upływu

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5, 50421200-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena za usługi konserwacji	60,00
Cena za jedną roboczogodzinę naprawy poza konserwacyjnej	30,00
Okres gwarancji po naprawie	10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług konserwacji i napraw cyfrowego aparatu pantomograficznego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Część 2 - WYKAZ SPRZĘTU DO KONSERWACJI I NAPRAW, MINIMALNY ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU: CYFROWY APARAT

PANTOMOGRAFICZNY CARESTREAM APARAT: CS 9000C - szt. 1 LAMPA RTG: OPX105 2013 - szt. 1 Czynności związane z przeglądem aparatu: Raz w roku: 1) Kontrola stabilności zamocowania aparatu; 2) Kontrola działania przycisków konsoli sterującej aparatu; 3) Kontrola działania diod sygnalizacyjnych na konsoli aparatu; 4) Kontrola konserwacja silników przesuwu w osi X i Y; 5) Sprawdzenie i konserwacja mechanizmów i łożysk kolumny; 6) Sprawdzenie generatora pod kątem wycieku oleju; 7) Sprawdzenie i kalibracja linii laserowych; 8) Kontrola stabilności mocowania i kalibracji przystawki cefalo; 9) Test kolimatorów; 10) Kontrola czytelności tabliczek znamionowych aparatu; 11) Kontrola geometrii zdjęć pantomograficznych – test kulkowy; 12) Kontrola rozdzielczości obrazu w przystawce cefalometrycznej; 13) Kontrola środka rotacji głowicy aparatu; 14) Kontrola jakości obrazów: a. 2D – pantomograficzne b. cefalometryczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5, 50421200-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena za usługi konserwacji	60,00
Cena za jedną roboczogodzinę naprawy poza konserwacyjnej	30,00
Okres gwarancji po naprawie	10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Świadczenie usług konserwacji i napraw urządzeń RTG w ciemni

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Część 3 - WYKAZ SPRZĘTU DO KONSERWACJI I NAPRAW,

MINIMALNY ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU: 1. WYWOŁYWARKA DO FILMÓW RENTGENOWSKICH DÜRR DENTAL XR - 24 PRO Z REGENERATOREM 2008 - szt. 1 2. WYWOŁYWARKA DO FILMÓW RENTGENOWSKICH DÜRR DENTAL XR - 24 NOVA Z EGENERATOREM 1997 - szt.1 1. Stała konserwacja ciemni polegająca na: Dwa razy w miesiącu: a) mycie wywoływarek; b) czyszczenie sekcji wywoływacza, utrwalacza i wody; c) czyszczenie zespołów transportu wywoływacza, utrwalacza i wody oraz elementów podawania filmów; d) czyszczenie obiegów wewnętrznych i zewnętrznych; e) wymiana odczynników, uzupełnienie regeneratorów; f) sprawdzeniu parametrów technicznych; g) kontrola sensytometryczna – densytometrycznej błon filmowych RTG Raz w roku: a) sprawdzenie światłoszczelności ciemni; b) wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego 2. Przegląd powinien być zgodny z zaleceniami podawanymi przez producentów poszczególnych urządzeń. 3. Wszelkie drobne naprawy i czynności

konserwacyjne wykonywane będą w ramach stałej konserwacji, w tym koszt materiałów eksploatacyjnych pokrywa Wykonawca. 4. Przegląd urządzeń musi zostać potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. 5. W przypadku konieczności demontażu, montażu urządzenia, wydania orzeczenia technicznego lub wyceny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. czynności w ramach umowy i uzgodnionych cen za roboczogodzinę.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5, 50421200-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena za usługi konserwacji	60,00
Cena za jedną roboczogodzinę naprawy poza konserwacyjnej	30,00
Okres gwarancji po naprawie	10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 **Nazwa:** Świadczenie usług konserwacji i napraw urządzeń w Centralnej Sterylizatorni

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 4 - WYKAZ SPRZĘTU DO KONSERWACJI I NAPRAW,

MINIMALNY ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU: 1 Stacja uzdatniania wody 12 SUW 1000 1 2 Myjnia ultradźwiękowa – po okresie gwarancji 157436 SONIC 33 1 3 Urządzenie do mycia ręcznego WorldChem - 959 GBD 1 4 Sterylizatory parowe 205224206231 DS 2000 HR 6.6.6 DS 2000 HR 3.3.6 2 5 Myjnie-dezynfektor MIELE 00/74321128 743918655 G7824 G7826 2 6 Zgrzewarki Hawo 416962 416963 hm 850 2 7 Dozownik środków dezynfekcyjnych - STREAMLINE 8551 GB 1 Czynności wykonywane przez serwis - raz na 3 miesiące. 1) wykonanie badania jakości wody na zasilaniu stacji, po zmiękczeniu i po osmozie (pomiar zawartości żelaza, chloru, ph, twardości wody, przewodności elektrycznej wody). Czynności wykonywane przez serwis - raz na 6 miesięcy. FILTR WSTĘPNEGO UZDATNIANIA 1) sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych; 2) wymiana filtra wstępnego; 3) wymiana filtra węglowego; 4) kontrola i ewentualna korekta nastawy sterownika głowicy zmiękczacza; 5) czyszczenie układu zasilania zbiornika solanki; 6) sprawdzenie szczelności połączeń węży zasilających, ewentualnie ich wymiana w mieszalniku płynów dezynfekcyjnych; 7) sprawdzenie działania i szczelności zaworu zasilającego; 8) płukanie systemu dozowania; 9) sprawdzenie dozowania środka dezynfekcyjnego; 10) wykonanie testu działania urządzenia. OSMOZER 1) sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych; 2) sprawdzenie układów zabezpieczających i

sterujących pracą osmozera; 3) kontrola i ewentualna korekta parametrów pracy; 4) kontrola i ewentualna wymiana wkładu filtra świecowego; 5) kontrola działania lampy uv (wymiana palnika lampy co 8000h); 6) wykonanie badania przewodności elektrycznej wody; 7) czyszczenie zaworu elektromagnetycznego. HYDROFOR 1) sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych; 2) sprawdzenie układów zabezpieczających i sterujących pracą hydroforu;/ 3) wykonanie badania jakości wody w jednym z punktów poboru wody w instalacji; 4) kontrola ciśnienia w poduszce powietrznej. ZBIORNIK WODY OCZYSZCZONEJ 1) sprawdzenie układu sterowania poziomem wody w zbiorniku; 2) kontrola i ewentualna wymiana wkładu filtra powietrza. MYJNIA ULTRADŹWIEKOWA POLSONIC 33 (po zakończeniu GWARANCJI – 07.06.2020 r.) Czynności wykonywane przez serwis - raz na 6 miesięcy. 1) sprawdzenie działania zaworu spustowego. 2) sprawdzenie działania czujnika poziomu wody. 3) sprawdzenie działania przetworników ultradźwiękowych. 4) sprawdzenie działania grzałek ewentualnie ich wymiana. 5) sprawdzenie poprawności działania myjni ultradźwiękowej w całym zakresie temperatur (pomiar temperatury kąpielni myjącej). URZĄDZENIE DO MYCIA RĘCZNEGO WRAZ Z DOZOWANIEM ŚRODKÓW CHEMICZNYCH WORLDCEM 959 GBD Czynności wykonywane przez serwis - raz na 6 miesięcy. 1) sprawdzenie szczelności połączeń węża zasilającego, ewentualnie wymiana; 2) sprawdzenie działania i szczelności zaworu zasilającego; 3) sprawdzenie działania przełącznika rodzaju pracy urządzenia; 4) czyszczenie lanc i zaworów zwrotnych, ewentualnie wymiana; 5) płukanie systemu dozowania; 6) sprawdzenie dozowania środka dezynfekcyjnego i piany aktywnej; 7) wykonanie testu działania urządzenia. STERYLIZATOR PAROWE DS 2000 HR 6.6.6 oraz DS 2000 HR 3.3.6 Czynności wykonywane przez serwis - raz na 3 miesiące lub w razie potrzeby 1 raz w miesiącu. 1) wymiana wody w wytwornicy pary; 2) sprawdzenie działania zaworu bezpieczeństwa w wytwornicy pary; 3) sprawdzenie poprawności działania czujników ultradźwiękowych poziomu wody w wytwornicy pary; 4) czyszczenie sita spustu komory; 5) kontrola wyłączników i listw bezpieczeństwa; 6) sprawdzenie połączeń elektrycznych i kontrola styków styczników elektrycznych; 7) sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych 8) kontrola i czyszczenie filtra siatkowego w instalacji pary i wody; 9) sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych urządzenia 10) czyszczenie i smarowanie uszczelek drzwiowych; 11) kontrola drzwi, ewentualnie ich regulacja. Czynności wykonywane przez serwis - raz na 6 miesięcy. 1) czyszczenie filtra powietrza; 2) sprawdzenie systemu bezpieczeństwa urządzenia (obwody elektryczne, instalacja pneumatyczna - regulatory ciśnienia, manometry); 3) sprawdzenie systemu zasilania parą (zawory sterowane pneumatycznie, zawór kulowy oraz manometry); 4) czyszczenie odwadniacza, wymiana uszczelki. Czynności wykonywane przez serwis - raz na 12 miesięcy. 1) sprawdzenie szkła w wytwornicy pary; 2) wymiana filtra powietrza; 3) wymiana uszczelek drzwi i smarowanie; 4) czyszczenie pompy próżniowej; 5) czyszczenie zbiorników zasilających w wodę pompę próżniową i pompę doładowującą wytwornicę pary. MYJNIA – DEZYNFEKTOR MIELE G 7824 oraz 7826 Czynności wykonywane przez serwis - raz na 3 miesiące lub w razie potrzeby 1 raz w miesiącu. 1) czyszczenie filtrów w komorze mycia. 2) czyszczenie filtrów na zasilaniu wodą zimną, ciepłą i demineralizowaną. 3) kontrola uszczelnienia komory mycia – w razie konieczności wymiana uszczelki drzwi 4) płukanie układu dozowania środków chemicznych i kalibracja, a w razie konieczności wymiana zespołu tłoczącego pompy dozującej 5) Kontrola i czyszczenie ramion natryskowych myjni i w wózkach wsadowych, w razie konieczności wymiana łożysk ramion natryskowych; 6) czyszczenie zaworu zwrotnego agregatu suszącego, w razie konieczności wymiana uszczelki zaworu; 7) kontrola kondensatora oparów; 8) sprawdzenie szczelności układu suszenia; 9) sprawdzenie szczelności pomp obiegowych; 10) sprawdzenie układu wentylacji myjni; 11) kontrola stanu opasek zaciskowych na wszystkich węzłach gumowych; 12) sprawdzenie połączeń elektrycznych i kontrola styków styczników elektrycznych; 13)

kontrola mechaniki drzwi i zamknięcia; 14) kontrola poprawności działania programów, przebieg próbny programu; 15) wymiana filtra zgrubnego (co 200 godzin pracy). 16) wymiana filtra dokładnego (co 500 godzin pracy). ZGRZEWARKA HAWO HM 850 Czynności wykonywane przez serwis - co 6 miesięcy. 1) czyszczenie wnętrza zgrzewarki; 2) kontrola taśm teflonowych prowadnic pasków transportowych, ew. wymiana 3) kontrola taśm teflonowych grzałek; 4) kontrola rolki dociskowej; 5) kontrola poprawności działania drukarki, w razie konieczności wymiana kasety barwiącej; 6) kontrola zużycia pasków transportowych; 7) kontrola napędu zgrzewarki; 8) sprawdzenie połączeń elektrycznych; 9) kalibracja temperatury i docisku rolki dociskowej; 10) przeprowadzenie testu poprawności zgrzewu - Hawo Test. Czynności wykonywane przez serwis - co 12 miesięcy. 1) czyszczenie wnętrza zgrzewarki; 2) wymiana taśm teflonowych prowadnic pasków transportowych; 3) wymiana taśm teflonowych grzałek; 4) wymiana rolki dociskowej i kalibracja docisku rolki; 5) kontrola poprawności działania drukarki, w razie konieczności wymiana kasety barwiącej; 6) wymiana pasków transportowych; 7) kontrola napędu zgrzewarki, smarowanie przekładni silnika; 8) sprawdzenie połączeń elektrycznych; 9) kalibracja temperatury; 10) przeprowadzenie testu poprawności zgrzewu - Hawo Test. DOZOWNIK ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH STREAMLINE 8551 GB Czynności wykonywane przez serwis - raz na 6 miesięcy. 1) sprawdzenie szczelności połączeń węża zasilającego, ewentualnie wymiana; 2) sprawdzenie działania i szczelności zaworu zasilającego; 3) sprawdzenie działania przełącznika rodzaju pracy urządzenia; 4) czyszczenie lanc i zaworów zwrotnych, ewentualnie wymiana; 5) płukanie systemu dozowania; 6) sprawdzenie dozowania środka dezynfekcyjnego i piany aktywnej; 7) wykonanie testu działania urządzenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5, 50400000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 31

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena za usługi konserwacji	60,00
Cena za jedną roboczogodzinę naprawy poza konserwacyjnej	30,00
Okres gwarancji po naprawie	10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: