

CZĘŚĆ NR 3 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO KONSERWACJI I NAPRAW**

Lp.	NAZWA	PRODUCENT / DOSTAWCA	MODEL	NR INWENTARZOWY	NUMER SERYJNY	WYKAZ PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI W RAMACH KONSERWACJI	CENA NETTO	CENA BRUTTO
1	APARAT EKG	BTL	08-ECG LT	T/8-802-000667/2016	183	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku wykonanie kalibracji urządzenia; - raz w roku kontrola ogólnego stanu urządzenia;		
2	DEFIBRYLATOR	S&W	CARDIO - AID	0011323/L	9309003	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku kontrola ogólnego stanu urządzenia;		
3	DEFIBRYLATOR	ZOLL	M-SERIES	T/8-802-000666/2016	TO5L76084	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku kontrola ogólnego stanu urządzenia;		
4	KARDIOMONITOR	S & W	DIASCOPE 2	0011432/L	10605359	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku kontrola ogólnego stanu urządzenia;		
5	KARDIOMONITOR	EMTEL	FX 2000P	0011431/L	825	- raz w roku wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353 : 2015 - raz w roku kontrola ogólnego stanu urządzenia;		
6	REDUKTOR TLENOWY		DO BUTLI	brak	A1200601	- raz w roku sprawdzenie sprawności i szczelności		

Łączna wartość konserwacji w ciągu 12 miesięcy:		
Łączna wartość konserwacji w ciągu 24 miesięcy:		