

MCS/ ZP /2211-205/2024

Warszawa, dn. 14 marca 2024

W nawiązaniu do zapytań dotyczących zamówienia na **sukcesywne dostawy materiałów i środków do sterylizacji dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZZ/010/24)**, informuję co następuje:

Pytanie nr 1.

1. Dotyczy Części nr 1, pozycja nr 3: Czy w miejsce torebek 140mmx280mm Zamawiający dopuści torebki 135mmx250mm?

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2.

2. Dotyczy Części nr 1, pozycja nr 4: Czy w miejsce torebek 200mmx330mm Zamawiający dopuści torebki 190mmx330mm?

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3.

3. Dotyczy Części nr 1, pozycja nr 5: Czy w miejsce torebek 400mmx200mm Zamawiający dopuści torebki 300mmx460mm?

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4.

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 5.

Dotyczy Umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar § 6 pkt.1:

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i w wysokości:

- 1) za opóźnienie w dostawie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 4 Umowy w wysokości 1% wartości brutto dostaw niedostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- 2) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w postanowieniach § 4 ust. 8 Umowy, w wysokości 1% wartości brutto zareklamowanych dostaw za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- 3) w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy/ wypowie Umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 5% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, o której mowa § 3 ust.1.
- 4) łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1 - 2 nie może przekroczyć 20% wartości Umowy, o której mowa § 3 ust. 1.

Uzasadnione jest, aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Odpowiedź na pytanie nr 5.

Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy

Dotyczy Parametry Techniczne:

1. Dotyczy Zadania nr 3:

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odpowiedź na pytanie nr 6.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 7.

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Odpowiedź na pytanie nr 7.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 60g/m² i folii minimum 8– warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem.

Odpowiedź na pytanie nr 8.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

Odpowiedź na pytanie nr 9.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?

Odpowiedź na pytanie nr 10.

Zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu.

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź na pytanie nr 11.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 12.

1. Dotyczy części 1, pozycji nr 5:

Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający ma na myśli rękaw papierowo foliowy o rozmiarze 400mm x 200mm zamiast torebki 200mm x 400mm?

Odpowiedź na pytanie nr 12.

Zamawiający usuwa tę pozycję z formularza a w złożonych już ofertach nie będzie brał tej pozycji pod uwagę.